



**INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU**

BEOGRAD, Ul. kralja Milutina br.50

Telefoni: Direktor Instituta 3615-049

Pomoćnik direktora 3615-046

Fax: 3619-045 - E-mail: [office@neonatologija.rs](mailto:office@neonatologija.rs)

Broj: 1972/10

Datum: 19.06.2017.

**SVIM POTENCIJALNIM PONUĐAČIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE  
TERMOSTATA ZA MATERIJAL ZA BAKTERIOLOGIJU  
Postupak javne nabavke male vrednosti broj 28/2017**

Na osnovu člana 63 stav 3 Zakona o javnim nabavkama, Institut za neonatologiju kao naručilac dostavlja

**ODGOVOR**

na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

Zainteresovano lice poslalo je „Zahtev za dodatnim pojašnjenjem u vezi javne nabavke termostata za materijal za bakteriologiju, (postupak javne nabavke male vrednosti 28/2017), objavljen na Portalu Uprave za javne nabavke i Internet stranici naručioca 14.06.2017. godine.

**PITANJE:**

Traženo je da zapremina komore bude 35 l, spoljašnje dimenzije (WxDxHmm) 620x490x490 i unutrašnje dimenzije (WxDxHmm) 340x320x320 i da je temperaturni opseg od ambijentalne +6°C do 65°C .

1. Da li je prihvatljivo ponuditi termostat čija je zapremina komore 40 l, spoljašnje dimenzije (WxDxHmm) 540x450x710 i unutrašnje dimenzije (WxDxHmm) 350x300x400 , a temperaturni opseg od Tamb+°5 C do 80°C ?
2. Da li je prihvatljivo ponuditi termostat čija je zapremina komore 30 l, spoljašnje dimenzije (WxDxHmm) 425x420x610 i unutrašnje dimenzije (WxDxHmm) 325x310x315, a temperaturni opseg od Tamb+°5 C do 70°C ?
3. Da li je prihvatljivo ponuditi termostat čija je zapremina komore 30 l, spoljašnje dimenzije (WxDxHmm) 570x500x460 i unutrašnje dimenzije (WxDxHmm) 370x265x310, a temperaturni opseg od Tamb+°5 C do 70°C ?

**ODGOVOR:**

Naručilac ostaje pri zahtevima iz konkursne dokumentacije vezano za tehničke karakteristike tražene opreme.

**PREDSEDNIK KOMISIJE ZA  
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI BROJ 28/2017**

Maja Radovanović, Odgovorna sestra Kabineta za individualizovanu razvojnu negu i edukator



*Maja Radovanović*