



**INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU**

BEOGRAD, Ul. kralja Milutina br.50

Telefoni: Direktor Instituta 3615-049

Pomoćnik direktora 3615-046

Fax: 3619-045 - E-mail: office@neonatologija.rs

Broj: 2221/13

Datum: 19.07.2017.

**SVIM POTENCIJALNIM PONUĐAČIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE SpO2 SENZORA  
Javne nabavka male vrednosti broj 36/2017**

Na osnovu člana 63 stav 3 Zakona o javnim nabavkama, Institut za neonatologiju kao naručilac dostavlja

**ODGOVOR**

na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

Zainteresovano lice poslalo je „Zahtev za dodatnim pojašnjenjem u vezi javne nabavke dobara – SpO2 senzora, (javna nabavka male vrednosti 36/2017), objavljen na Portalu Uprave za javne nabavke i Internet stranici naručioca 13.07.2017. godine.

**PITANJE**

Za partiju br. 2. i 3.

Kao dodatni uslov na strani 15. ste naveli da ponuđač treba da dostavi sledeće:

- Izjavu proizvođača aparata da se na navedenom aparatu može koristiti ponuđeni potrošni materijal?

Imajući u vidu da je u pitanju nabavka potrošnog materijala za pacijent monitore, postoji veliki broj proizvođača tehničkog i potrošnog medicinskog materijala koji su kompatibilni sa medicinskim uređajima svih proizvođača, jer to i jeste svrha proizvođača potrošnog materijala, da se može koristiti na više vrsta uređaja. Želimo da napomenemo da svi proizvodi proizvođača kog zastupamo, poseduju CE sertifikat isve ostale neophodne sertifikate kao i deklaracije o usklađenosti, kao i da proizvođač potrošnog materijala takođe poseduje sve neophodne sertifikate koji su potrebni za proizvodnju istih kao npr. ISO 9001 I ISO 13485, ako i da je promet istih odobren od strane ALIMS-a.

Predviđenim uslovom da se dostavi Izjava proizvođača aparata onemogućeni smo da učestvujemo u postupku javne nabavke, jer nijedan proizvođač opreme neće dati izjavu o kompatibilnosti sa potrošnim materijalom drugog proizvođača jer bi to bio sukob interesa.

Predlažemo izmenu konkursne dokumentacije tako da glasi da se uz ponudu dostavi pored svega traženog, Izjava proizvođača potrošnog materijala pod punomkrivičnom i materijalnom odgovornošću da je kompatibilan sa modelom/proizvođačem uređaja za koji se podnosi ponuda.

**ODGOVOR:**

Naručilac će prihvatiti sugestiju i u skladu sa time izmeniti konkursnu dokumentaciju.

**PREDSEDNIK KOMISIJE ZA  
JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI 36/2017**



Radica Tejić

*Radica Tejić*