



**INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU**

*BEOGRAD, Ul. kralja Milutina br.50*

Telefoni: Direktor Instituta 3615-049

Pomoćnik direktora 3615-046

Fax: 3619-045 - E-mail: office@neonatologija.rs

Broj: 2468/10

Datum: 28.09.2018.

**SVIM POTENCIJALNIM PONUĐAČIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE  
NEONATALNOG RESPIRATORA**

**Javna nabavka u otvorenom postupku broj 9/2018**

Na osnovu člana 63 stav 3 Zakona o javnim nabavkama, Institut za neonatologiju kao naručilac dostavlja

**O D G O V O R**

na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

Zainteresovano lice poslalo je „Zahtev za dodatnim pojašnjenjem u vezi javne nabavke neonatalnog respiratora, (javna nabavka u otvorenom postupku 9/2018), objavljene na Portalu Uprave za javne nabavke i Internet stranici naručioca 31.08.2018. godine.

**PITANJA:**

1. Da li prihvatate ventilator čiji je frekvencija ventilacije od 1-300 bpm obzirom da je ovo bolja karakteristika od tražene?
2. Da li prihvatate ventilator čiji PEEP podesiv od 0-30 mbar, obzirom da je ovo bolja karakteristika od tražene?
3. Da li prihvatate ventilator čiji je inspiratorni protok od 2-25 l/min obzirom da je ovo neznatno odstupanje, a kako je ventilator predviđen za neonatalne pacijente inspiratorni protok od 25 l/min je sasvim dovoljan?
4. U delu gde je konkursnom dokumentacijom zahtevan bazični protok od 1-30 l/min: Da li prihvatate ventilator koji predstavlja novu generaciju ventilatora za neonatuse, sa različitim principom ventila koji dozvoljava izbor od tri različita moda pritiska inspiracije? Ovo predstavlja novi nivo kvaliteta ventilacije nudeći lekaru mnogo veću raznovrsnost i opcije. Više ne postoji potreba za promenljivim osnovnim tokovima. Za poboljšano pročišćenje ekspirijumskih gasova u Y nastavku, ventilator koji nudimo ima fiksni bazni protok od oko 3-5l / min.
5. Da li prihvatate monitor koji nema prikaz “resistance C20/C” obzirom da se ovi parametri mogu i ručno izračunati i da ova tražena karakteristika ne utiče na kvalitet samog uređaja niti njegovog rada?
6. Da li prihvatate ventilator čiji je vršni pritisak od 5-60 mbar?
7. Da li prihvatate ventilator koji ima trendove za 4 parametara : Paw (t), MV (t), VT (t), FiO2 (t)

**ODGOVOR:**

Zahtev zainteresovanog lica za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije/eventualno uočenim nedostacima i nepravilnostima konkursne dokumentacije, u otvorenom postupku javne nabavke redni broj br. 9/2018 se smatra neblagovremenim, zbog propuštanja zakonskog roka iz člana 63 stav 2 Zakona o javnim nabavkama.

(Otvaranje ponuda zakazano je za 02.10.2018. godine, a zahtev je primljen kod naručioca dana 28.09.2018. godine u 08,37 h).



POMOĆNIK DIREKTORA ZA  
PRAVNE I OPŠTE POSLOVE