



INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU
BEOGRAD, Ul. kralja Milutina br.50
Telefoni: Direktor Instituta 3615-049
Pomoćnik direktora 3615-046
Fax: 3619-045 - E-mail: office@neonatologija.rs
Broj: 1560/10
Datum: 10.07.2019.

**SVIM POTENCIJALNIM PONUĐAČIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE UREĐAJA ZA
HEMIJSKU PRIPREMU VODE**
Postupak javne nabavke male vrednosti broj 28/2019

Na osnovu člana 63 stav 3 Zakona o javnim nabavkama, Institut za neonatologiju kao naručilac dostavlja

ODGOVOR

na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

Zainteresovano lice poslalo je „Zahtev za dodatnim pojašnjenjem u vezi javne nabavke uređaja za hemijsku pripremu vode, (postupak javne nabavke male vrednosti 28/2019), objavljen na Portalu Uprave za javne nabavke i Internet stranici naručioca 09.07.2019. godine.

PITANJA:

Naručilac je naveo na strani 20/32 za traženu TEHNIČKU SPECIFIKACIJU sledeće:

Tehnički podaci

-Rezervoar od 60L TR-60, ugradnja ispod sudopere

-Dimenzije uređaja: (visina x širina x dubina) 500 x 400x 230 mm

1.Naručilac je sigurno nenamerno napravio grešku u traženoj dimenziji.

Smatramo da niko nije u mogućnosti ponuditi ovakav uređaj jer sama dimenzija tanka koji je tražen nije moguće smestiti u traženu dimenziju i u tu istu dimenziju smestiti i uređaj.

Molimo Naručioca da ispravi tako da glasi „Dimenzije uređaja: (visina x širina x dubina) 500 x 400x 230 mm“

i tank RO vode čija dimenzija nije uključena u traženu dimenziju uređaja.

2.Da li je za naručioca prihvatljivo ponuditi Tank RO vode kapaciteta 40lit,50lit ili 80lit

3.Iz tehničke specifikacije „- Maksimalna količina filtriranja: 35-40 L vode za piće na sat“

Zaključujemo da Naručilac koristi aparat u potrebi voda za piće.

Naručilac nije naveo kako želi istakanje iste. Molimo naručioca da definiše istakanje odnosno točiono mesto.

4.Naručilac je naveo :GARANCIJA: minimum 24 mesecaod dana kvalitativnog prijema (garantni rok obuhvata preventivne i korektivne preglede)

Pitanje se odnosi na garanciju, da li filteri i RO membrana spadaju pod garanciju?

ODGOVOR:

1. Dimenzije koje su date su dimenzije uređaja za prečišćavanje vode, a ne dimenzije suda.
2. Nije prihvatljiva druga zapremina suda.
3. Prečišćena voda se skuplja u rezervoaru, a konzumiranje se vrši preko posebno instalirane slavine na sudoperi (slavina nije predmet javne nabavke).
4. Garancija na uređaj 24 meseca, na filtere 6 meseci i na RO membranu 12 meseci.



POMOĆNIK DIREKTORA ZA
OPŠTE I PRAVNE POSLOVE

Vesna Novaković
Vesna Novaković, dipl. pravnik