



**INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU**

BEOGRAD, Ul. kralja Milutina br.50

Telefoni: Direktor Instituta 3615-049

Pomoćnik direktora 3615-046

Fax: 3619-045 - E-mail: office@neonatologija.rs

Broj: 1609/10

Datum: 14.08.2019.

**SVIM POTENCIJALNIM PONUĐAČIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE  
LARINGOSKOPSKOG SETA ZA PEDIJATRIJU  
Javna nabavka u otvorenom postupku broj 10/2019**

Na osnovu člana 63 stav 3 Zakona o javnim nabavkama, Institut za neonatologiju kao naručilac dostavlja

**O D G O V O R**

na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

Zainteresovano lice poslalo je „Zahtev za dodatnim pojašnjenjem u vezi javne nabavke laringoskopskog seta za pedijatriju, (javna nabavka u otvorenom postupku 10/2019), objavljene na Portalu Uprave za javne nabavke i Internet stranici naručioca 25.07.2019. godine.

**PITANJA**

- Pod rednim brojem 4 tehnicke specifikacije stoji zahtev: *„Izvor el. Energije umetak sa litijum jonskom baterijom i sa LED-om osvetljava > 56 lm /> 100 000 Lx. sa mogućnošću od 1000 ciklusa punjenja. Vreme pražnjenja minimum 240 minuta sa 100% osvetljenošću“*. Nase pitanje glasi:  
Na kojem odstojanju od izvora svetla LED sijalica treba da daje > 56 lm / > 100 000 Lx?
- Pod rednim brojem 7 tehnicke specifikacije stoji zahtev: *„Tri pedijatrijske špatule, veličine mala (6,5cm), srednja (8,0 cm) i velika (9,5) cm sa ugrađenim fiberoptičkim svetlovodom, autoklavirajuće“*. Nase pitanje glasi:  
Koji oblik spatula naručilac zahteva, Ravnne (Miller) ili Zakrivljene (Macitnosh) i koju velicinu, prema standardnoj nomenklaturi postoje velicine: 00, 0, 1, 2, 3, 4 i 5. pri cemu velicina u cm moze da varira od jednog do drugog proizvođača kao i od načina merenja?

**ODGOVOR:**

- pod rednim brojem 4 : tražena je hladna LED rasveta koja daje visoku jačinu svetlosti na malim udaljenostima (nekoliko mm do nekoliko cm) obzirom da se radi o potrebi za intubacijom novorođenčadi gde je udaljenost između izvora svetlosti i larinksa relativno mala, a zavisi od telesne mase novorođenčeta koja može biti od 350g - 4500g. te je teško dati precizno odstojanje.
- pod rednim brojem 7: naše potrebe su za ravnim kašikama ( Miller) koje su zbog anatomskih karakteristika larinksa novorođenčeta poželjnije, a i u našem Odeljenju intenzivne nege lekari imaju veće iskustvo i bolje rezultate sa ravnim kašikama. Obzirom da kod raznih proizvođača postoji razlika u veličini špatula bez obzira na standardnu nomenklaturu 00, 0, 1, 2 date su mere kašika koje su trenutno u upotrebi mala (6,5 cm) oznaka 0, srednja (8,0 cm) oznaka 1, velika (9,5 cm) oznaka 2.



PREDSEDNİK KOMISIJE

Dr Ivana Jovanović