



**INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU**  
**BEOGRAD, Ul. kralja Milutina br.50**  
Telefoni: Direktor Instituta 3615-049  
Pomoćnik direktora 3615-046  
Fax: 3619-045 - E-mail: office@neonatologija.rs  
Broj: 2221/26  
Datum: 04.08.2017.

Na osnovu člana 108. Zakona o javnim nabavkama ("Sl. glasnik RS", br. 124/12, 14/15 i 68/15), dana 18.04.2016. godine, direktor Instituta, donosi

**ODLUKU**  
**o dodeli ugovora**

**I UGOVOR SE DODELJUJE** ponuđaču u postupku javne nabavke male vrednosti redni broj 36/2017:

- **DENTA BP PHARM**, d.o.o. Beograd, Južni bulevar 19 (za partiju 1), po ponudi broj 2221/22 od 27.07.2017. godine, ukupne vrednosti **702.000,00** dinara bez PDV-a.
- **MEDIPRO MPM**, d.o.o. Bgd, Snežane Hrepevnik 32 (za partije 2 i 3), po ponudi broj 2221/23 od 27.07.2017. godine, ukupne vrednosti **489.600,00** dinara bez PDV-a.

**II** Na osnovu ove odluke zaključiti ugovore, kojim će se urediti međusobna prava i obaveze između Instituta za neonatologiju i izabranih ponuđača.

**III** Ovu odluku objaviti na Portalu javnih nabavki i Internet stranici u roku od 3 dana od dana donošenja u skladu sa članom 108 stav 5. Zakona o javnim nabavkama.

**O b r a z l o ž e n j e**

Naručilac je dana 12.07.2017. godine doneo odluku br. 2221/2 o pokretanju postupka javne nabavke male vrednosti JN broj 36/2017, za javnu nabavku SpO2 senzora za period od dvanaest meseci.

Za navedenu javnu nabavku naručilac je objavio poziv na Portalu javnih nabavki i Internet stranici naručioca.

Do isteka roka za podnošenje ponuda na adresu naručioca prispele su četiri ponude.

Nakon sprovedenog postupka otvaranja ponuda, što je konstatovano zapisnikom o otvaranju ponuda br. 2221/24 od 27.07.2017. godine, Komisija za javne nabavke je pristupila stručnoj oceni ponuda i sačinila izveštaj o istom.

U izveštaju o stručnoj oceni ponuda br. 2221/25 od 28.07.2017. godine, Komisija za javne nabavke je konstatovala sledeće:

**1) Predmet javne nabavke:**

- SpO2 senzori za period od dvanaest meseci

**2) Procenjena vrednost javne nabavke u dinarima bez PDV-a po partijama i ukupno:**

Partija 1 – 702.000,00 dinara  
Partija 2 – 282.600,00 dinara  
Partija 3 – 282.600,00 dinara  
Ukupno - 1.267.200,00 dinara

**3) Osnovni podaci o ponuđačima:**

Zav.br	Naziv ponuđača:	Dat.prijema	Sat prijema
2221/20	DEM, Novi Sad, Rakovačka 32	26.07.2017.	
2221/21	MEDISAL, d.o.o. 11271 Surčin, Skojevska 23	27.07.2017.	09,30
2221/22	DENTA BP PHARM, d.o.o. Beograd, Južni bulevar 19	27.07.2017.	09,40
2221/23	MEDIPRO MPM, d.o.o. Bgd, Snežane Hrepevnik 32	27.07.2017.	10,20

#### 4) Ponude koje su odbijene, razlozi za njihovo odbijanje i ponuđena cena tih ponuda:

Broj pod kojim je ponuda zavedena	Podnosilac ponude	Razlozi za odbijanje ponude i ponuđena cena
2221/20	DEM, Novi Sad, Rakovačka 32	<p>Odbija se ponuda za Partiju 1 kao neodgovarajuća jer</p> <p><b>u poziciji 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- u rešenju ALIMS-a ne piše da je senzor OXIMAX tehnologija</li><li>- u katalogu se ne vidi senzor, već samo konektor, (što u praksi može da omogući povezivanje bilo kog senzora) i nema tehničku specifikaciju</li><li>- senzor nema medicinsku adhezivnu traku</li><li>- na uzorku ne piše OXIMAX tehnologija, već kompatibilan Nellcor</li><li>- iz uputstva za upotrebu se ne vidi na koji senzor se uputstvo odnosi (već na sve jednokratne senzore)</li><li>- probom uzorka utvrđeno da na aparatu N550 senzor pravi grešku EEE 277.</li></ul> <p><b>u poziciji 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- u rešenju ALIMS-a ne piše da je senzor OXIMAX tehnologija</li><li>- u katalogu se ne vidi senzor, već samo konektor, nema tehničku specifikaciju i nije kompatibilan sa aparatima Nellcor NBP 290, Nellcor NBP 295, Nellcor N 560.</li><li>- na uzorku ne piše OXIMAX tehnologija, već kompatibilan Nellcor</li><li>- iz uputstva za upotrebu se ne vidi na koji senzor se uputstvo odnosi</li><li>- probom uzorka utvrđeno da na aparatu N550 senzor pravi grešku EEE 277.</li><li>- (Ponuđena vrednost za partiju 1 iznosi 499.500,00 dinara bez PDV-a)</li></ul> <p>Odbija se ponuda za Partiju 2 kao neodgovarajuća jer:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kataloški broj uzorka označen u izjavi ponuđača pod brojem DEU580ANDB7, ne odgovara kataloškom broju DEU580ANDB9 u izjavi proizvođača potrošnog materijala da su senzori kompatibilni sa modelom proizvođačem aparata za koji se podnosi ponuda.</li><li>- (Ponuđena vrednost za partiju 2 iznosi 240.000,00 dinara bez PDV-a)</li></ul> <p>Odbija se ponuda za Partiju 3 kao neodgovarajuća jer:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kataloški broj uzorka označen u izjavi ponuđača pod brojem DEU610ANDB7, ne odgovara kataloškom broju DEU610ANDB9 u izjavi proizvođača potrošnog materijala da su senzori kompatibilni sa modelom proizvođačem aparata za koji se podnosi ponuda.</li><li>- (Ponuđena vrednost za partiju 3 iznosi 240.000,00 dinara bez PDV-a)</li></ul>

#### 5) Ako je ponuda odbijena zbog neuobičajeno niske cene, detaljno obrazloženje - način na koji je utvrđena ta cena:

#### 6) Način primene metodologije dodele pondera:

Svaka partija ocenjuje se pojedinačno po kriterijumu **najniža ponuđena cena**.

Ponuđač mora ponuditi sve tražene usluge u skladu sa Specifikacijom predmeta javne nabavke i ostalim odredbama konkursne dokumentacije.

Ocenjivanje i rangiranje dostavljenih ponuda, zasniva se na ukupnom zbiru pondera prema sledećim elementima:

#### - Ponuđena cena

Maksimalan broj pondera po ovom kriterijumu će dobiti onaj ponuđač koji ponudi najnižu cenu. Ponderisanje će se vršiti po formuli  $(A/B) \times$  broj pondera, gde je A = najniža ponuđena cena, B = cena ponuđača kome se obračunavaju ponderi.

Pod ponuđenom cenom podrazumeva se cena u Obrascu ponude bez obračunatog PDV-a.

R.br partije	Naziv artikla	Jed.mere	Potrebna količina	DEM, Novi Sad, Rakovačka 32 Jedinična cena u din. bez PDV-a/ Ukupno bez PDV-a	MEDISAL, d.o.o. 11271 Surčin, Skojevska 23 Jedinična cena u din. bez PDV-a/ Ukupno bez PDV-a	DENTA BP PHARM, d.o.o. Beograd, Južni bulevar 19 Jedinična cena u din. bez PDV-a/ Ukupno bez PDV-a	MEDIPRO MPM, d.o.o. Bgd, Snežane Hrepevnik 32 Jedinična cena u din. bez PDV-a/ Ukupno bez PDV-a
1	<b>jednokratni SpO2 senzor za NELKOROVE OXIMAX aparate za merenje saturacije, na medicinskoj adhezivnoj traci, za pacijente telesne mase ispod 3kg, opremljen malom digitalnom memorijom, kalibracionim i funkcionalnim karakteristikama u senzoru i preciznošću ± 3 za vrednosti saturacije od 60% do 80%, za rad u OXIMAX tehnologiji.</b>	kom	600	800,00 480.000,00	-	1.100,00 660.000,00	-
	<b>višekratni SpO2 senzor za NELKOROVE OXIMAX aparate za merenje saturacije, za pacijente telesne mase &gt; 1kg, opremljen malom digitalnom memorijom kalibracionim i funkcionalnim karakteristikama u senzoru i preciznošću ± 3 za vrednosti saturacije od 70% do 100%, za rad u OXIMAX tehnologiji</b>	kom	3	6.500,00 19.500,00	-	14.000,00 42.000,00	-
2	<b>jednokratni SpO2 senzor za bebe do 3 kg na čičak traci sa kablom 0,9m i devetopinskom utičnicom, Nellcor kompatibilni</b>	kom	300	800,00 240.000,00	834,00 250.020,00		816,00 244.800,00
3	<b>jednokratni SpO2 senzor za bebe do 3 kg na čičak traci sa kablom 0,9m i devetopinskom utičnicom, kompatibilan sa NONIN tehnologijom</b>	kom	300	800,00 240.000,00	834,00 250.020,00		816,00 244.800,00

#### 7) Naziv ponuđača kome se dodeljuje ugovor

Kao najpovoljnijem ponuđaču za nabavku dobara – SpO2 senzora, za period od dvanaest meseci, ugovor se dodeljuje ponuđaču:

- DENTA BP PHARM, d.o.o. Beograd, Južni bulevar 19 (za partiju 1)
- MEDIPRO MPM, d.o.o. Bgd, Snežane Hrepevnik 32 (za partije 2 i 3)

#### UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:

Protiv ove odluke ponuđač može naručiocu podneti zahtev za zaštitu prava u roku od 5 dana od dana objavljivanja iste na Portalu javnih nabavki.



DIREKTOR

Prim. dr sci. med. Milica Ranković Janevski

*Milica Ranković Janevski*